

漏电起痕试验仪

产品名称	漏电起痕试验仪
生产厂家	深圳市德迈盛测控设备有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	深圳市宝安区石岩天宝路香象工业园 4 栋 5 楼
联系电话	18566278593

产品详情

漏电起痕试验仪

依据标准：

IEC60112 : 2003

/GB4207-2003

《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，UL746A、ASTM D 3638-92、DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。

产品特点：

在固体绝缘材料表面上，在规定尺寸 (2mm × 5mm) 的铂电极之间，施加某一电压并定时 (30s) 一定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH₄CL) ，用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力，测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。

适用范围：

电痕化指数试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。